

SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI
BỆNH VIỆN NHI

Số: 267/TM-BVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 26 tháng 6 năm 2023

THƯ MỜI

Về việc mua sắm máy trợ thở hồi sức sơ sinh của Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Kính gửi: Các tổ chức/cá nhân cung cấp trang thiết bị y tế.

Căn cứ Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 08/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thành lập Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Công văn số 299/UBND-KTTH ngày 13/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ theo Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính Phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị quyết số 52/2023/NQ-HĐND ngày 07/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công và mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ khác (không thuộc đối tượng là tài sản công) của tỉnh Gia Lai; Công văn số 1217/STC-QLGCS ngày 17/4/2023 của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 52/2023/NQ-HĐND ngày 07/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Biên bản họp ngày 23/6/2023 của Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai V/v thống nhất chủ trương mua sắm và cấu hình kỹ thuật cho máy trợ thở hồi sức sơ sinh của Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai xin thông báo nhu cầu mua sắm máy trợ thở hồi sức sơ sinh cụ thể như sau:

(Danh mục hàng hóa theo phụ lục đính kèm)

Các Tổ chức/cá nhân có khả năng, nhu cầu cung cấp máy trợ thở hồi sức sơ sinh vui lòng gửi báo giá (bản gốc) gồm các thông tin trong phụ lục danh mục đính kèm, mã kê khai, giá cụ thể của thiết bị đến Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Địa chỉ nhận thông tin: Phòng Vật tư-TBYT Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (Email: pvtbvt.bvnhigl@gmail.com; Địa chỉ: Thôn 6, xã Trà Đa, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai; ĐT 02693 797922.)

Thời hạn cung cấp báo giá: Chậm nhất ngày 06/7/2023.



Hình thức nhận hồ sơ: 01 bộ hồ sơ bản cứng + 01 USB chứa bản mềm toàn bộ tài liệu cung cấp.

Trân trọng. / *Ph*

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, VTTBYT.

GIÁM ĐỐC



Đặng Hữu Chiến



Phụ lục
DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo Thư mời số 267 ngày 26/6/2023 của Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai)

ST T	Tên hàng hoá	Tính năng kỹ thuật	Xuất xứ hoặc tương đương	ĐVT	SL
1	Máy trợ thở hồi sức sơ sinh	<p>I. THÔNG TIN CHUNG Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: ISO 13485 hoặc tương đương. Nguồn điện: 100 đến 240 VAC, 47/63 Hz - Điều kiện môi trường hoạt động: + Nhiệt độ: 18 đến 35 độ C + Độ ẩm: 0 đến 90% RH không ngưng tụ + Áp suất không khí: 70-106kPa - Điều kiện vận chuyển và lưu trữ: + Nhiệt độ: 0 đến 50 độ C + Độ ẩm: 0% đến 90% RH không ngưng tụ + Áp suất không khí: 70 – 106kPa</p> <p>II. CẤU HÌNH CUNG CẤP</p> <ol style="list-style-type: none">Máy chính: 01 MáyDây Silicon dùng nhiều lần: 02 cáiVan Peep và đầu chữ T dùng một lần: 02 cáiMặt nạ silicon size S: 01 chiếcMặt nạ silicon size M: 01 chiếcMặt nạ silicon size L: 01 chiếcDây kết nối Oxy: 01 cáiTúi vận chuyển máy: 01 cáiBộ chuyển đổi nguồn 12V: 01 bộHướng dẫn sử dụng: 01 quyển <p>III. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT</p> <p>1. Mô tả chung Tích hợp Pin thời gian sử dụng lên đến 4 giờ Máy nén khí tích hợp dạng quạt thổi Theo dõi oxy Màn hình cảm ứng dễ sử dụng: 5 inch Có thể điều chỉnh PIP và PEEP ổn định</p> <p>2. Các thông số kỹ thuật hoạt động Áp lực đường thở đỉnh: 5 đến 45 cm H₂O; Mặc định: 20cmH₂O Độ chính xác của áp lực: +/- 1 cm H₂O Áp lực dương cuối kỳ thở ra: 1 đến 20 cm H₂O Nồng độ ô xy điều chỉnh: 21 đến 100%; Mặc định: 21% FiO₂ Tạo nhịp phạm vi: 30 – 60 BPM</p> <p>3. Thông số hiển thị Áp lực cài đặt; áp lực thực tế</p>	Việt Nam	Cái	01



	<p>Nồng độ FiO2 cài đặt; nồng độ FiO2 thực tế Nhịp thở cài đặt Mức pin Biểu đồ nhịp thở 4. Cảnh báo Cảnh báo âm thanh: 3 nhịp, mỗi lần cách nhau 2.5 giây Cảnh báo hình ảnh: Màn hình vàng nhấp nháy 0.5 Hz Âm lượng: Điều chỉnh được 5. Thông số điện Nguồn cấp: 100 đến 240VAC, 47 đến 63 Hz Loại pin: 11.1V Li-ion; Công suất: 06 pin, 6000mAh 6. Thông số kích thước Kích thước tổng: 20 cm x 22 cm x 20 cm Trọng lượng thực: 2.5 kg IV. YÊU CẦU KHÁC Giao hàng, lắp đặt tại nơi sử dụng Thời gian bảo hành: \geq 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: 12 tháng/ 1 lần Khi có yêu cầu kiểm tra sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: 48 giờ Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo Nhà sản xuất Có ít nhất 01 kỹ sư được đào tạo chính hãng Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được ủy quyền hợp pháp. Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế tối thiểu 05 năm Có bảng cam kết cung cấp các phụ tùng, linh kiện thay thế không thay đổi tối thiểu 05 năm sau thời gian bảo hành Tài liệu hướng dẫn sử dụng kèm theo</p>		
--	--	--	--

