

SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI
BỆNH VIỆN NHI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 313/BVN-VTTBYT

Gia Lai, ngày 11 tháng 4 năm 2025

V/v yêu cầu báo giá Mua sắm lưới
bào, cắt, đốt Plasma dùng trong
phẫu thuật nội soi Amidan &
Adenoid của Bệnh viện Nhi tỉnh
Gia Lai năm 2025.

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Biên bản họp ngày 08/4/2025 của Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai về việc thống nhất số lượng, danh mục, chủ trương Mua sắm lưới bào, cắt, đốt Plasma dùng trong phẫu thuật nội soi Amidan & Adenoid của Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai năm 2025.

Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán “Mua sắm lưới bào, cắt, đốt Plasma dùng trong phẫu thuật nội soi Amidan & Adenoid của Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai năm 2025” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư-Thiết bị y tế Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Địa chỉ: Thôn 6, xã Trà Đa, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam;

SĐT: 02693 797922;


Email: pvtbtyt.bvnhigl@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá (Bản gốc):

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư- TBYT Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, Thôn 6, xã Trà Đa, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam (Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi trước bản scan báo giá qua địa chỉ email nêu trên).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h ngày 11 tháng 4 năm 2025 đến trước 17h ngày 21 tháng 4 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.



5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá: Kèm phụ lục.

2. Địa điểm cung cấp, yêu cầu về vận chuyển, bảo quản như sau:

- Địa điểm cung cấp: kho Phòng Vật tư- TBYT, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai; Thôn 6, xã Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

- Nhà thầu chào giá với Mức giá đã bao gồm tất cả các loại thuế, các loại phí và chi phí vận chuyển đến kho Phòng Vật tư- TBYT, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Các nội dung khác sẽ thống nhất khi thương thảo, ký kết hợp đồng.


3. Thời gian giao hàng: Trong vòng 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Không tạm ứng.


- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản 100%.

- Thời hạn thanh toán: Trong vòng 120 ngày kể từ ngày bên mua nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán theo quy định.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, VTTBYT.



Đặng Hữu Chiến

GIÁ

PHỤ LỤC
(Kèm yêu cầu báo giá số 543/BVN-VTTBYT ngày 11/4/2025 của Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai)

Stt	Tên hàng hoá	Tên thương mại	Ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm	Mã HS	Đặc tính kỹ thuật	Quy cách đóng gói	Năm sản xuất	Hạn dùng	Số giấy phép lưu hành sản phẩm hoặc số công văn cho phép nhập khẩu	Hãng/ nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (Có VAT VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Lưới bảo, cắt, đốt Plasma dùng trong phẫu thuật nội soi Amidan & Adenoid	Lưới bảo, cắt, đốt Plasma dùng trong phẫu thuật nội soi Amidan & Adenoid			Lưới bảo, cắt, đốt Plasma đa năng có thể được sử dụng để cắt amidan, cắt vòm họng hoặc FESS cho người lớn. - Phù hợp với cả cắt bỏ toàn bộ, nội bao và cắt bỏ toàn bộ, dưới bao amidan - Giảm đáng kể tình trạng mất máu trong phẫu thuật, đau sau phẫu thuật và khả năng bị viêm hoặc tỷ lệ mắc bệnh sau phẫu thuật - Cho phép cải thiện việc ăn uống và chữa lành vết thương nhanh hơn - Khả năng hút tích hợp giúp loại bỏ các mảnh vụn và máu một cách hiệu quả, giảm nguy cơ tắc nghẽn - Đồng máu lưỡng cực tích hợp giúp cầm máu hiệu quả. - Trục có thể uốn cong phù hợp với các giải phẫu bệnh nhân khác nhau, cho phép tiếp cận dễ dàng với lỗ mũi trong quá trình phẫu thuật cắt bỏ tuyến và cung cấp khả năng quan sát trường phẫu thuật không bị cản trở - Không có hiện tượng đốt cháy mô trong quá trình điều trị cắt bỏ Thông số kỹ thuật - Sử dụng công nghệ Plasma nhiệt độ thấp giúp giảm tối đa tổn thương mô - Độ chính xác của lớp Plasma tập trung vào điện cực 100 micromet - Nhiệt độ hoạt động: 40°C - 70°C - Chiều dài: 125mm - Đường kính đầu: 5.0mm - Góc đầu: 130-140 độ - Tích hợp đồng máu lưỡng cực tích hợp giúp cầm máu hiệu quả. - Đầu kết nối với máy thiết kế 8 - pin - Tần số: 100kHz ± 10kHz - Điện năng: 65V-330V - Thiết kế đầu bẻ mặt lưới bảo 3 dây giúp thao tác nhanh trong quá trình phẫu thuật, tích hợp chế độ hút trong quá trình cắt bỏ Chỉ định được khuyến nghị - Amidan và vòm họng phì đại - OSAS do amidan quá phát - Sử dụng tương thích với Dao đốt điện công nghệ Plasma (Model RFS-100A; Hãng/ nước sản xuất: Beijing Jeswis Technology Ltd./ Trung Quốc						Cái	50		

